

RAPPORTO DI TARATURA CALIBRO				N° R.t. MM/177/2026
Committente	Ditta	Indirizzo	Città (Prov.)	
	COSTRUIRE SRL	Z.I. C.DA GIDORA 87040 LUZZI (CS)		

Strumento da verificare	Tipologia CALIBRO	Costruttore ABC TOOLS	Matricola 1862092		
	Unità di formato	Campo di misura da/a 0 / 150 mm	Unità mm	Limiti accettabilità(se noti) mm	Controllo 12 mesi

Strumento campione	Tipologia	Costruttore	Modello	N. Matricola	N. serie	Classe
	Set blocchetti	ALPA	Acciaio	120201	120201	0-1
	Blocchetti piano paralleli	MITUTOYO	acciaio	40108	42200	
	Anelli di riscontro	MITUTOYO	Acciaio	041183+041079+040791		
	Unità di formato	Campo di misura	Centro taratura	Certificato		
	mm		LAT N° 181	23-2858P05A0		
	mm		LAT N° 181	23-2859P05A0		
	mm		LAT N° 181	23-2861P07A0 23-2862P07A0 23-2863P07A0		
	E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali					

Strumento di supporto	Tipologia	Costruttore	Modello	N. matricola	N. serie
	Piano di riscontro in granito nero di grado 0				
	Set blocchetti	MITUTOYO	Acciaio		MM86

Procedura	P.T. Taratura di calibri a corsoio 005-CAL.CORS REV.0
-----------	---

Norme di rif.	> UNI 4546-UNI ISO 3650-UNI 9052-UNI 9313
	> UNI ISO 3599-UNI ISO 6906-UNI EN 30012 (PARTE PRIMA)
	> CIR.MCTC 88/95, 112/96, 406/97 E SEGUENTI
	> MANUALE DELLA QUALITA' LABORATORIO

Ambiente	Temperatura	21°	Pressione	Umidità	55%UR
----------	-------------	-----	-----------	---------	-------

RILIEVI MISURAZIONI BECCHI ESTERNI - valori espressi in mm						
	Blocchetti piano paralleli	Strumento 1° rilevazione	Strumento 2° rilevazione	Strumento 3° rilevazione	Scostamento medio	Incertezza U [µm]
	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,47
	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,47
	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,41

Strumento/apparecchiatura/dispositivo IDONEO ai limiti di accettabilità adottati						
RILIEVI MISURAZIONI BECCHI INTERNI - valori espressi in mm						
	Blocchetti piano paralleli	Strumento 1° rilevazione	Strumento 2° rilevazione	Strumento 3° rilevazione	Scostamento medio	Incertezza U [µm]
	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,60
	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,60

RILIEVI MISURAZIONE PROFONDITA' - valori espressi in mm						
	Blocchetti piano paralleli	Strumento 1° rilevazione	Strumento 2° rilevazione	Strumento 3° rilevazione	Scostamento medio	Incertezza U [µm]
	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,47
	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,47
	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,41

Strumento/apparecchiatura/dispositivo IDONEO ai limiti di accettabilità adottati						
--	--	--	--	--	--	--

Note:						
-------	--	--	--	--	--	--

Controllo effettuato da
Carmine Pollola

METROLOGIA MELICCHIO
OPERAZIONI TECNICHE
PI. Carmine Pollola

Data emissione RdT
21/01/2026

Data del controllo
21/01/2026

Modello	Revisione	Data Rev.	Pagina
MM/SERV/RAP.TAR/03-CAL.	01	02/01/2017	1