



Laboratorio Metrologico e Verificazione Strumenti

TEL : 0984/401531
e-mail: metrologiamelicchio@gmail.com
info@metrologiamelicchio.com
www.metrologiamelicchio.com

METROLOGIA MELICCHIO SRL
P.IVA 03012300780
C/da Lecco - Zona Industriale
Via P.A. - Cabrai (Palazzo Manhattan)
87036 - Rende (CS)



RAPPORTO DI VERIFICA TARATURA PRESSA CUBETTI				N° R.t. MM/2007/2023
Committente	Ditta COSTRUIRE SRL	Indirizzo VIA CAVOUR 33 87036 RENDE (CS) U.O. C.DA GIDORA Z.I 87040 LUZZI (CS)	Città (Prov)	

Strumento da verificare	Tipologia PRESSA CUBETTI	Costruttore TECNOTEST	Modello KP200/A	Matricola 3000	N. Serie	Classe Ass.
	Unità di formato 0,1 Kn	Campo di misura da/a	Unità kN	Limiti accettabilità(se noti) 0,00%	Controllo 12 mesi	

Strumento campione	Tipologia	Costruttore N.B.C. Elettronica Group S.r.l.	Modello	N. Matricola 1201057/12	N. serie 1201057	Classe
	Unità di formato 2 Kn	Campo di misura 0 - 2000 kN	Centro taratura LAT 034	Certificato 233 - 15C		
E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali						

Strumento di supporto	Tipologia	Costruttore	Modello	N. matricola	N. serie
-----------------------	-----------	-------------	---------	--------------	----------

Procedura	Istruzione di Taratura Macchine a compressione - IS.OP/11/MACC.COMP rev.0
-----------	---

Norme di rif.	- UNI EN 12390-4:2002 'Prova sul calcestruzzo indurito-Resistenza alla compressione-Specifiche per macchine di prova' - Manuale del Sistema Qualità del laboratorio.
---------------	---

Ambiente	Temperatura 21° Pressione atmosferica Umidità 55%UR
----------	---

RILEVAZIONI							
Elaborazioni dati							

Valore kN (Strumento in verifica)	Ciclo 1 kN	Ciclo 2 kN	Ciclo 3 kN	Valore Medio kN	Err. Accurat. %	Err.Ripetibilità %	Risoluzione %
0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
200,0	200,7	200,4	200,6	200,7	0,35%	0,15%	0,00%
400,0	400,2	400,5	400,7	400,6	0,15%	0,13%	0,00%
600,0	600,7	600,3	600,4	600,4	0,07%	0,07%	0,00%
800,0	800,2	800,3	800,4	800,3	0,04%	0,02%	0,00%
1200,0	1200,3	1200,7	1200,5	1200,5	0,04%	0,03%	0,00%
2000,0	2000,4	2000,3	2000,7	2000,5	0,02%	0,02%	0,00%
Fn	F1	F2	F3	M	A	R	

Strumento/apparecchiatura/dispositivo	IDONEO	ai limiti di accettabilità adottati come da Tab.
---------------------------------------	---------------	--

Classe della macchina	Err. Accuratezza %	Err. Ripetibilità %	Risoluzione Macchina %
1	± 1,0	1,0	0,5
2	± 2,0	2,0	1,0
3	± 3,0	3,0	1,5

Controllo effettuato da
Riccardo Dell'Armi

METROLOGIA MELICCHIO s.r.l.
UNIPERSONALE
Via P. Cabrai - C.da Lecco
87036 RENDE (CS)
Tel. 0984.465951 - Fax 0984.465951
P.IVA 03012300780

Data Emissione Rapporto di Taratura	Data del controllo
19/10/2023	19/10/2023

Modello	Revisione	Data Rev.	Pagina
---------	-----------	-----------	--------



Laboratorio Metrologico e Verificazione Strumenti

TEL : 0984/401531
e-mail: metrologiamelicchio@gmail.com
info@metrologiamelicchio.com
www.metrologiamelicchio.com

METROLOGIA MELICCHIO SRL
PIVA 03012300780
C/da Lecco - Zona Industriale
Via P.A. - Cabrai (Palazzo Manhattan)
87036 - Rende (CS)



MM/SERV/RAP.TAR/33- MACC.COMP	01	07/02/2017	1
-------------------------------	----	------------	---