

RAPPORTO DI TARATURA PINZA AMPEROMETRICA						N° R.L. MM/174/2026		
Committente	Ditta COSTRUIRE SRL		Indirizzo Z.I. C.DA GIDORA 87040 LUZZI (CS)		Città			
Strumento da verificare	Tipologia PINZA AMPEROMETRI CA	Costruttore HIOKI	Modello 3285	Matricola 100416856				
	Unità di formato	Campo di misura da/a	Unità	Limiti accettabilità(se noti)		Controllo 12 mesi		
Strumento campione	Tipologia Calibratore Pinza Amperometrica Unità di formato vari	Costruttore MEATEST K2M	Modello 9010 KMP-10	N. Matricola 752711 190900213	N. serie Certificato 78913-78923 CMUL25P036AD0	Classe		
	Campo di misura Varie Scale	Centro taratura LAT 019 LAT 051						
	E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali							
App. di supporto	Tipologia	Costruttore	Modello	N. matricola	N. serie			
Procedura	PT A.L.P.I. 015 'Taratura di multimetri' REV.0							
Norme di rif.	UNI 4546-1984 'Misure e misurazioni: termini e definizioni fondamentali' D.M. 406/97 'Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione' Manuale del Sistema Qualità del laboratorio.							
Ambiente	Temperatura 21°C	Pressione atmosferica	Umidità		55%UR			
MISURAZIONI - Valori espressi in Ampere								
Funzione misurazione corrente alternata AC								
Funzione	Valore applicato	Limite superiore	Limite inferiore	valore misurato	Accuratezza	Scostamento	Incertezza	
DCA	10	10,2	9,8	10,1	2,0%	0,100	0,31	
DCA	50	51	49	51,2		1,200	1,26	
DCA	100	102	98	102,3		2,300	2,44	
DCA	150	153	147	151,3		1,300	3,57	
DCA	200	204	196	202,1		2,100	4,75	
DCA	300	306	294	302,7		2,700	7,07	
DCA	400	408	392	404		4,000	9,41	
DCA	500	510	490	504		4,000	11,72	
DCA	700	714	686	704		4,000	16,34	
DCA	800	816	784	802		2,000	18,60	
DCA	900	918	882	905		5,000	20,98	
DCA	1000	1020	980	1005		5,000	23,29	
Strumento/apparecchiatura/dispositivo IDONEO ai limiti di accettabilità adottati								
Note:								

Controllo effettuato da
Carmine Pollola

Data emissione Rapporto	Data del controllo
21/01/2026	21/01/2026

METROLOGIA MELICCHIO
OPERAZIONE TECNICA
P.T. Carmine Pollola

Modello	Revisione	Data Rev.	Pagina
MM/SERV/RAP.TAR/42-PINZAMP	01	16/01/2017	1