

RAPPORTO DI TARATURA FLESSOMETRO

N° R.t.
MM/183/2025

Committente	Ditta	Indirizzo	Città
	COSTRUIRE SRL	VIA CAVOUR 33 87036 RENDE (CS) U.O. C.DA GIDORA Z.I 87040 LUZZI (CS)	

Strumento da verificare	Tipologia	Costruttore	Modello	Matricola	N. Serie	Classe
	FLESSOMETRO	ABC TOOLS	H5070	FL01		
		Campo di misura da/a	Unità	Limiti accettabilità		Controllo
		0 - 8000	mm			12 mesi

Strumento campione	Tipologia	Costruttore	Modello	N. Matricola	N. serie	Classe
	METRO LASER	LEICA	D2	0703620403		
	Unità di formato	Campo di misura	Centro taratura	Certificato		
			COFRAC	FR191015837		
	E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali					

App. di supporto	Tipologia	Costruttore	Modello	N. matricola	N. serie

Procedura	Istr. Tecnica TARATURA DI SQUADRE E RONDELLE METRICHE rev.0
-----------	---

Norme di rif.	> UNI 4546-UNI ISO 3650-UNI 9052-UNI 9313 > UNI ISO 3599-UNI ISO 6908-UNI EN 30012 (PARTE PRIMA) > MANUALE DELLA QUALITA' LABORATORIO
---------------	---

Ambiente	Temperatura 21°	Pressione	Umidità	55%UR
----------	-----------------	-----------	---------	-------

RILEVAZIONI

valori espressi in mm

	Valore nominale	Strumento 1° rilevazione	Strumento 2° rilevazione	Strumento 3° rilevazione	Scostamento medio	Incertezza
	1000,0	1000,000	1000,000	1000,000	0,000	1,30
	2000,0	2000,000	2000,000	2000,000	0,000	1,30
	3000,0	3000,000	3000,000	3000,000	0,000	1,30
	5000,0	5000,000	5000,000	5000,000	0,000	1,30
	8000,0	8000,000	8000,000	8000,000	0,000	1,30

Strumento/apparecchiatura/dispositivo IDONEO ai limiti di accettabilità adottati

Note:

Controllo effettuato da
Francesco Occhiuto

Data emissione Cert
20/01/2025

Data del controllo
20/01/2025

METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. (UNI.)
OPERATORE UNICO
P.I. Occhiuto Francesco

Modello	Revisione	Data Rev.	Pagina
MM/SERV/RAP.TAR/27-SQUADRA	01	12/01/2017	1