

RAPPORTO DI TARATURA FLESSOMETRO

N° R.t.
MM/175/2026

Committente	Ditta	Indirizzo	Città
	COSTRUIRE SRL	Z.I. C.DA GIDORA 87040 LUZZI (CS)	

Strumento da verificare	Tipologia	Costruttore	Modello	Matricola	Unità di formato	Campo di misura da/a	Unità	Limiti accettabilità	Controllo
	FLESSOMETRO	ABC TOOLS	H5070	FL01		0 - 25 mm	mm		12 mesi

Strumento campione	Tipologia	Costruttore	Modello	N. Matricola	N. serie	Classe
	METRO LASER	LEICA	D2	0703620403		
	Unità di formato	Campo di misura	Centro taratura	Certificato		
			COFRAC	FR191015837		
E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali						

Procedura	Istr. Tecnica TARATURA DI SQUADRE E RONDELLE METRICHE rev.0
-----------	---

Norme di rif.	> UNI 4546-UNI ISO 3650-UNI 9052-UNI 9313 > UNI ISO 3599-UNI ISO 6906-UNI EN 30012 (PARTE PRIMA) > MANUALE DELLA QUALITA' LABORATORIO
---------------	---

Ambiente	Temperatura	21°	Pressione	Umidità	55%UR
----------	-------------	-----	-----------	---------	-------

RILEVAZIONI						
valori espressi in mm						
	Valore nominale	Strumento 1° rilevazione	Strumento 2° rilevazione	Strumento 3° rilevazione	Scostamento medio	Incertezza
	1000,00	999,000	1000,000	1000,000	0,333	2,45
	2000,00	2000,000	2000,000	2000,000	0,000	1,30
	3000,00	3000,000	3000,000	3000,000	0,000	1,30
	5000,00	5000,000	5000,000	5000,000	0,000	1,30
	8000,00	7999,000	8000,000	8000,000	0,333	2,45
Strumento/apparecchiatura/dispositivo			IDONEO	ai limiti di accettabilità adottati		

Note:

Controllo effettuato da
Carmine Pollola

METROLOGIA MELICCHIO
OPERATORE TECNICO
E.T. Carmine Pollola

Data emissione Cert	Data del controllo
21/012026	21/01/2026

Modello	Revisione	Data Rev.	Pagina
MM/SERV/RAP.TAR/27-SQUADRA	02	15/01/2024	1